

Prüfprotokoll

Straumann® CARES® M-Series

Kühlschmierstoff (KSS)	Füllvolumen gesamt	SOLL-Konzentration
M-Series	21 Liter	5%

Prüfwoche (KW)	pH-Wert (8,4 – 9,4)	Konzentration (in %)	Nitritgehalt (max. 20 mg / ltr)	Wahrnehmbare Veränderungen

Maschinen-Nr.	Zuständig ist: